



防爆合格证

制造单位 麦克传感器股份有限公司
 陕西省宝鸡市渭滨区姜谭西路 30 号院 6 幢

产品名称 电磁流量计

型号规格 MFE600 220VAC/24VDC

防爆标志 Ex db lb mb IIC T4 Gb

产品标准 Q/MS J02.176-2022

总装图号 MFE600-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

GB/T 3836.9-2021《爆炸性环境 第 9 部分: 由浇封型“m”保护的的设备》

记事:

- 1.产品防护等级: IP65
- 2.工作环境温度范围: -20℃ ~ +60℃
- 3.本产品在安装使用时须配用已取得防爆合格证且与产品防爆等级相匹配的引入装置,使用时严格按照说明书的规定使用。
- 4.本证书为制造单位地址变更换发防爆合格证,制造单位地址由“陕西省宝鸡市英达路 18 号”变更为“陕西省宝鸡市渭滨区姜谭西路 30 号院 6 幢”。

中心主任

颁发日期

2026 年 07 月 23 日

本证有效期

2026 年 07 月 23 日至 2027 年 10 月 23 日



南阳防爆电气研究所有限公司
 国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号